

# 全自動免疫測定装置 HISCL を用いた HISCL アルドステロン試薬・HISCL レニン試薬の性能評価試験

2027 年 1 月から 2028 年 12 月までに臨床検査を受けた患者さん

## 研究協力をお願い

当科では「全自動免疫測定装置 HISCL を用いた HISCL アルドステロン試薬・HISCL レニン試薬の性能評価試験」という研究を行います。この研究は、2027 年 1 月 1 日より 2028 年 12 月 31 日までに東京労災病院にて、臨床検査を終了した患者さんの既存試料（残余検体）を調査する研究で、研究目的や研究方法は以下の通りです。直接のご同意はいただかずに、この揭示によるお知らせをもってご同意を頂いたものとして実施されます。皆様方におかれましては研究の主旨をご理解いただき、本研究へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。この研究へのご参加を希望されない場合、途中からご参加取りやめを希望される場合、また、研究資料の閲覧・開示、個人情報の取り扱い、その他研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡下さい。

## （１）研究の概要について

研究課題名：全自動免疫測定装置 HISCL を用いた HISCL アルドステロン試薬・HISCL レニン試薬の性能評価試験  
研究期間：2027 年 1 月 1 日～2028 年 12 月 31 日  
研究責任者：東京労災病院 中央検査部 山形 篤志

## （２）研究の意義、目的について

HISCL アルドステロン試薬および HISCL レニン試薬の基礎性能を評価し、他社試薬との相関性、ならびにレニン濃度（ARC）とレニン活性値（PRA）の関連性を明らかにすることを目的とします。

## （３）研究の方法について（研究に用いる試料・情報の種類）

2027 年 1 月 1 日より 2028 年 12 月 31 日までに東京労災病院にて、臨床検査を終了した患者さんの残余検体を再利用して HISCL アルドステロン試薬・HISCL レニン試薬の性能評価についての検討をおこないます。

この研究は、患者さんの以下の試料・情報を用いて行われます。

試料：臨床検査から得られた血漿検体

情報：年齢、性別、等

## （４）個人情報保護について

研究にあたっては、個人を直接特定できる情報は使用されません。また、研究発表時にも個人情報は使用されません。その他、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省）」および「同・倫理指針ガイダンス」に則り、個人情報の保護に努めます。

## （５）研究成果の公表について

この研究成果は学会発表、学術雑誌などで公表します。

## （６）問い合わせ等の連絡先

東京労災病院 中央検査部 部長 山形 篤志  
〒143-0013 東京都大田区大森南 4-13-21  
電話番号：03-3742-7301（代表） 内線：8199  
メールアドレス：yamagata-atsushi458@m.johas.go.jp